



16.08.2023

## Actualización de software para su sistema de análisis de gases en sangre EDAN i15VET

Estimado usuario,

**Optimice la funcionalidad de su EDAN i15VET** instalando la actualización de software a la versión V1.26\_1.74.

Como parte del desarrollo continuo de productos, el fabricante EDAN trabaja constantemente para optimizar el rendimiento del dispositivo y del software.

Para garantizar la **funcionalidad óptima** del dispositivo y la compatibilidad con **todos los tipos de cartuchos disponibles**, el fabricante recomienda que realice la actualización lo antes posible.

El archivo de actualización y las instrucciones necesarias se puede encontrar en nuestra página web:

- <https://www.scilvet.es/productos/laboratorio/bioquimica/edan-i15vet>

Guarde este archivo titulado "**Actualización de software: V1.26\_1.74**" en una memoria USB vacía para instalarlo en su EDAN i15VET.

Si tiene alguna pregunta sobre la implementación de la actualización de software, comuníquese con la línea directa de servicio de scil animal care company SLU:

- Servicio técnico Scil: 948 821 713 o 948 824 655 Ext 1.

Atentamente,

**Scil animal care company SLU**